

# جهاز أشعة في مستشفى بنها يشفط مواطنًا وإصلاحه يتكلف مليون جنيه



الأحد 21 مايو 2017 05:05 م

قالت مصادر بمستشفى بنها الجامعي، ان جهاز الرنين المغناطيسي بالمستشفى، والذي تم تشغيله منذ أقل من شهر بتكلفة 20 مليون جنيه تعرض للعطل فجر اليوم

وأوضحت المصادر، أنه عند عمل الأشعة، والجهاز يعمل بالقوة المغناطيسية، تم إدخال الحالة داخل الجهاز بالترولي المصنوع من الحديد مما تسبب في شفت الحالة، وذلك لمدة ربع ساعة مما تسبب في تعطل خزان الهيليوم الذي يعمل به الجهاز، والذي يتكلف إصلاحه ما يزيد عن مليون جنيه

وأضافت أن بروتوكول تشغيل الجهاز المتفق عليه داخل المستشفى، أن يتم تشغيل الجهاز حتى الثامنة مساءً فقط لكن بعض العاملين بالمستشفى قرروا عمل أشعة رنين مغناطيسي لإحدى الحالات حوالي الساعة الرابعة فجرا بالمخالفة لتعليمات المستشفى